

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 18 05 42447 001



Product Service

Zertifikatsinhaber: **AAT Alber Antriebstechnik GmbH**
Ehestetter Weg 11
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND



Prüfzeichen:




Produkt: **Treppensteighilfe**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713128853

Gültig bis: 2023-06-04



Datum, 2018-06-06

(Torsten Zimmer)

Seite 1 von 2

**ZERTIFIKAT**

Nr. Z1 18 05 42447 001

Modell(e): D1352
D1353**Marke:** AAT**Kenndaten:**

Gesamttiefe:	345 mm
Gesamtbreite:	505 mm
Gesamthöhe:	1205 mm - 1615 mm
Max. Benutzergewicht:	135 kg
Sitzbreite:	350 mm
Sitztiefe:	420 mm
Sitzhöhe:	540 mm
Rückenhöhe:	625 mm
Nennspannung:	24 VDC
Antriebsleistung:	275 W
Schutzart:	IPX4
Steiggeschwindigkeit:	5 - 20 Stufen pro Minute
Reichweite:	390 Stufen

Geprüft nach: ISO 7176-28:2012**Produktions-
stätte(n):** 42447